



Dostępny samorząd – granty

Numer postępowania: PRK.3433.4.2023

zał. nr 3 do zapytania ofertowego
stanowiący zał. nr 2 do umowy

WZÓR PROTOKOŁU ODBIORU Nr

spisany w dniu r. w Środzie Śląskiej z odbioru przedmiotu zamówienia w okresie od do w
Realizację zgłoszono do odbioru w dniu r.

Komisja w składzie:

1.
2.

przy udziale Wykonawcy/ upoważnionego Przedstawiciela Wykonawcy:

.....

I. Komisja po zapoznaniu się ze stanem realizacji przedmiotu zamówienia stwierdza, że wykonanie przedmiotu zamówienia jest zgodne/nie jest zgodne z umową nr PRK.3433.4.2023 , zawartą w dniu r. dot. dostawy, montażu, kalibracji i uruchomienie 6 pętli indukcyjnych stanowiskowych (tzw. podblatowych) oraz 3 pętli indukcyjnych przenośnych (tzw. mobilnych) do 7 jednostek organizacyjnych Zamawiającego wraz z instruktażem.

1. Jakość dostarczonych urządzeń, prawidłowość ich funkcjonowania i wykonanych prac montażowych oraz kalibracji i uruchomienia przyjmuje się bez uwag.
2. Wykonawca dokonał pomiaru wykonanych instalacji za pomocą miernika posiadającego homologację
3. Instruktaż pracowników został przeprowadzony: (np. terminowo i zgodnie z postanowieniami w/wym. Umowy).
4. Wykonawca przedłożył oświadczenie, że instalacja urządzenia oraz jego kalibracja była zgodna z normą PN EN 60118-4:2015-6 „Elektroakustyka - Aparaty słuchowe - Część 4: Układy pętli indukcyjnych wykorzystywane do współpracy z aparatami słuchowymi - natężenie pola magnetycznego” .

W związku ze stwierdzeniem, że przedmiot zamówienia został wykonany prawidłowo i z należytą starannością , Komisja dokonuje z dniem r. odbioru przedmiotu umowy.

Niniejszy protokół stanowi podstawę do wystawienia przez Wykonawcę faktury/rachunku za realizowaną usługę/wykonane roboty budowlane.

Niniejszy protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach.

Podpisy Komisji:

1.
2.

Podpis Wykonawcy: